| | | CitoVac |
|---|---|---|
| **功率** | 电压/频率 | 200 - 240 V / 50 - 60 Hz (100 - 120 V / 50 - 60 Hz) |
| | 功率，恒定 | 0.2 A |
| | 最大功率 | 0.2 A |
| **供气**<br>**CitoVac，含内置喷射器** | 压缩空气 | 4.5 - 6 bar (65 - 87 psi) |
| | 建议空气质量 | 3 级，符合 ISO 8573-1 中的规定 |
| | 压缩空气消耗 | 100 L/min (26.4 GPM) |
| | 软管接头 | ⌀ ¼" |
| | 真空（压缩空气 6 bar 时） | 860 mBar (645 mm Hg) |
| **供气**<br>**CitoVac 用于外部泵** | 建议的真空 | 最低 900 mBar（最低 675 mm Hg） |
| | 建议输出 | 约 30 L/min（约 8 GPM） |
| | 软管接头 | 5/16" |
| **软件和电子元器件** | 控制 | 触摸屏 |
| | 显示屏 | LCD 3.1"，带背光 |
| **安全标准** | | 见符合性声明 |
| **REACH** | | 如需有关 REACH 的信息，请联系当地 Struers 办事处。 |
| **操作环境** | 环境温度 | 5 - 40°C (41 - 104°F) |
| | 湿度 | < 95% RH，无冷凝 |
| **残余电流断路器 (RCCB)** | | 推荐用A类，30 mA（或更好） |
| **噪声级** | 工作站的A加权声压级 | LpA = 67 dB(A)（测量值）。不确定性K = 4 dB<br>所作的测量符合 EN ISO 11202 |
| **振动水平** | 声明的振动发射值 | 不适用 |
| **尺寸和重量** | 外形尺寸： | – |
| | 宽度 | 38 cm (15") |
| | 深度 | 37 cm (14.5") |
| | 高度 | 19 cm (7.5") |
| | 重量 | 9.5 kg (21 lbs) |
| | 真空室： | – |
| | 内径 | ⌀ 20 cm (7.9") |
| | 内部高度 | 10 cm (4") |

文档编号：15927750_B_zh
发布日期：2026.08.06